

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL/RS

Administração 2025-2028



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 036/2026

Pregão Eletrônico nº 009/2026

Finalidade: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme Propostas do Fundo Nacional de Saúde – FNS nº 12006111000125004 (saldo) e nº 12006111000125006

O Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul/RS, Srº Rafael Kochenborger, no uso das suas atribuições legais e nos termos do Art. 71, inciso IV da Lei Federal 14.133/2021, Decreto Municipal nº 005/2024, HOMOLOGA o presente processo licitatório, nos termos da ata de realização exarada pelo Agente de Contratação, por cumprir os trâmites legais e convenientes a Administração Municipal.

Empresa: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02

Item	Descrição dos Equipamentos do FNS	Marca/Modelo	Unidade	Quantia	Valor Unitário
16	Central de nebulização 2 saídas - suporte para máscaras; Kit de nebulização; compressor isento de óleo; Potência aproximada de 1/4 hp 50/60hz; Rotação mínima de 1.750 RPM; 40 ou 80 libras; Produto com registro na ANVISA.	Medicate/MD 400BP	Unidade	1	R\$ 1.300,00

Empresa: ELEBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 81.618.753/0001-67

Item	Descrição dos Equipamentos do FNS	Marca/Modelo	Unidade	Quantia	Valor Unitário
2	Câmara para conservação de vacinas. Gabinete externo construído em chapas de aço tratadas quimicamente, com revestimento em pintura epóxi branca, montado sobre chassi metálico e 4 rodízios giratórios. Gabinete interno totalmente em polipropileno, isento de corrosão, com cantos arredondados e prateleiras reguláveis. Isolamento térmico em poliuretano com espessura mínima de 50 mm. Porta de vidro duplo antiembaçante com abertura vertical. Refrigeração através de compressor hermético com gás ecológico R-134a, isento de CFC, e sistema de degelo automático. Pannel de comando tipo membrana com termostato eletrônico microprocessado, mostrador digital de temperatura, travamento de programação e manutenção dos parâmetros mesmo com variações de energia. Indicação visual de equipamento ligado, falta de energia e desvios de temperatura. Sistema de segurança analógico para atuação em caso de falha eletrônica. Alarmes para temperaturas abaixo de 2°C, acima de 8°C e falta de energia elétrica. Sistema de discagem para notificação de alteração de temperatura/falta de energia, com cadastro mínimo de três números telefônicos e/ou porta USB para armazenamento de dados dos últimos 30 dias. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máxima. Sistema de emergência para falta de energia elétrica com autonomia de até 36 horas. Manual em português. Funcionamento bivolt 127/220V – 50/60Hz. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e registro na ANVISA. Capacidade de 280 litros. Registro ANVISA nº 80698750002.	Elber / CSV 280	Unidade	1	R\$ 13.148,00

Empresa: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.652.247/0001-06

Item	Descrição dos Equipamentos do FNS	Marca/Modelo	Unidade	Quantia	Valor Unitário
5	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SILENCIOSO 5L: Fluxo contínuo ajustável de 0,5 a 5 L/min; Concentração de oxigênio entre 90% e 96%; Baixo nível de ruído (= 45 dB), garantindo conforto no uso doméstico; Alarmes de segurança: baixa pureza, falha de energia e variação de pressão; Possibilidade de dupla saída para uso simultâneo; Rodas com freio para fácil movimentação. Itens inclusos: 02 Cânula nasal 2,5 metros; 01 Conector tubo da garrada umidificadora; 01 Frasco umidificador; 01 Filtro de ar; 01 Filtro HEPA; 01 Manual; Cartão de garantia de 2 anos. Produto com registro na ANVISA.	LHB/Mercury	Unidade	5	R\$ 3.103,00

Empresa: TECMATH EIRELI CNPJ: 13.334.553/0001-22

Item	Descrição dos Equipamentos do FNS	Marca/Modelo	Unidade	Quantia	Valor Unitário
3	SMART TV HQ 40"	HD HQS40NKHM	Unidade	3	R\$ 1.420,00



Av. Presidente Vargas, 315,
Centro, Coqueiros do Sul/RS
CEP: 99528-000

Doe Sangue, Doe Órgãos, Salve uma Vida!



gabinete@coqueirosdosul.rs.gov.br
www.coqueirosdosul.rs.gov.br



(54) 3329-7700/7701
CNPJ: 94.703.980/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL/RS

Administração 2025-2028



Empresa: GORGEN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 48.192.048/0001-75

item	Descrição dos Equipamentos do FNS	Marca/Modelo	Unidade	Quantia	Valor Unitário
8	IMPRESSORA LASER 35PPM HP	HP/4003DW	Unidade	1	R\$ 1.670,80
17	Impressora Laser Multifuncional Mono 30ppm - FAX	RICOH/M 320F	Unidade	1	R\$ 2.690,80

Empresa: EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA LTDA CNPJ: 33.813.237/0001-40

item	Descrição dos Equipamentos do FNS	Marca/Modelo	Unidade	Quantia	Valor Unitário
13	SELADORA com pedal convencional sp350g2 35cm bivolt não consome energia elétrica; pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo ou inox escovado; corte do filme através da lâmina serrilhada; possui proteção na serra de corte; sela através do filme alto aderente; ideal para selar produtos no ato da venda ou que não requer refrigeração; embalagens: pvc esticável; 220 volts. Produto com registro na ANVISA.	SULPACK/SP350G2	Unidade	3	R\$ 840,00

Empresa: STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 57.498.660/0001-61

item	Descrição dos Equipamentos do FNS	Marca/Modelo	Unidade	Quantia	Valor Unitário
1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, altura ajustável através de haste telescópica, lâmpada de LED, haste flexível cromada, corpo em metal com pintura eletrostática, base mínima de 04 rodízios proporcionando uma maior estabilidade. Cabo elétrico com dupla isolamento e comprimento de 03 (três) metros, plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Alimentação em 110/220 volts. Ajuste de Altura: 110cm até 160cm. Produto montado. Garantia 12 (doze) meses. Produto com registro na ANVISA.	LIFENOX/LED	Unidade	1	R\$ 440,00
6	NEBULIZADOR ADULTO E INFANTIL BIVOLT BRANCO. Tem capacidade para 10mL. Nebuliza 1 mililitro por minuto. Inclui acessórios. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto com registro na ANVISA.	G TECH/POTATIL	Unidade	10	R\$ 90,00
9	MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor multiparâmetros utilizados na monitoração de pacientes. Tela colorida de no mínimo 12 polegadas, com tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque, resolução mínima de 1280 x 800 pixels com possibilidade de leitura de no mínimo 10 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. O equipamento deve ter capacidade básica de realização dos seguintes sinais vitais: eletrocardiograma (ecg) monitoração e apresentação simultânea de no mínimo 07 derivações sendo fornecido com cabo de ECG de 5 vias e possibilidade de realizar 12 derivações com cabo de ECG de 10 vias. Faixa mínima para amostragem de fc a partir da SPO2: 20 a 300 bpm; precisão: até +/- 3 bpm, o que for maior; velocidade: 12,5, 25 a 50 mm/s; alarmes audiovisuais de: bradicardia, taquicardia, apneia, eletrodo solto, análise st. Reconhecimento de: pulso de marca passo; eletrodo solto; monitoração de segmentos st em todas as derivações e medição QT/QTc; alarmes do segmento st, para variação em uma única derivação; em múltiplas derivações; análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração; análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; análise de arritmia comentada, através de mensagens na tela. Deve possuir área de tendências de eventos relacionados ao marca-passos cardíaco, áreas de estatísticas de arritmias, revisão de pelo menos 48h de curvas de no mínimo 3 parâmetros. Possuir algoritmo avançado de análise de arritmia com detecção de no mínimo segmento st, assisto lia, bradicardia, esvs, taq-v, fib-v - respiração: faixa de frequência respiratória de 4 a 170 rpm, resolução 1 rpm; apresentação da curva de respiração; alarme de apneia com tempo programável; oxímetro de pulso (spo2); saturação de oxigênio, da faixa de 0 a 100%; frequência cardíaca, na faixa mínima de 18 a 300 bpm; precisão: 1 bpm; possuir índice de perfusão; apresentação de curva plestomográfica; captação de saturação em neonato; medida em baixa perfusão e movimento; pressão arterial não invasiva (pni).	CMOS DRAKE / LEVI	Unidade	1	R\$ 8.217,00



Av. Presidente Vargas, 315,
Centro, Coqueiros do Sul/RS
CEP: 99528-000



gabinete@coqueirosdosul.rs.gov.br



www.coqueirosdosul.rs.gov.br

Doe Sangue, Doe Órgãos, Salve uma Vida!



(54) 3329-7700/7701

CNPJ: 94.703.980/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL/RS

Administração 2025-2028



10	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). Portátil. Totalmente automático. Análise automática do ritmo cardíaco e aplicação do choque sem necessidade de intervenção manual (exceto ligar o equipamento e posicionar os eletrodos). Tecnologia de onda bifásica com compensação de impedância do paciente. Energia de desfibrilação ajustável automaticamente. Capaz de realizar choques com energia escalonada, com valor mínimo de até 200 joules em pacientes adultos. Deve permitir uso pediátrico, por meio de chave de atenuação ou eletrodos específicos. Reconhecimento automático de ritmos chocáveis e não-chocáveis. Algoritmo com bloqueio de aplicação de choque em ritmos não indicados. Inclusão de eletrodos adesivos descartáveis e pré-conectados para adultos. Possibilidade de uso pediátrico (com eletrodos apropriados ou sistema de comutação). Sistema de instruções por voz em português (do Brasil), que oriente o passo a passo do atendimento (colocação dos eletrodos, análise, RCP, choque). Preferencialmente com sinalização visual complementar (luzes ou display). Orientações por voz ou sinais para execução das manobras de reanimação cardiopulmonar. Preferencialmente com metronômo para ritmo das compressões. Indicadores visuais com status do equipamento, nível da bateria, análise do ritmo e instruções de uso. Tempo entre análise do ritmo e aplicação do choque: menor ou igual 10 segundos. Alimentação por bateria de longa duração. Capaz de realizar no mínimo 100 choques ou funcionamento contínuo por mínimo de 4 horas. Com indicador de carga restante. Realização de autotestes automáticos periódicos (diários, semanais ou mensais), com sinalização de falhas por alerta sonoro e/ou visual. Armazenamento interno de dados clínicos e eventos (data/hora, ritmo, número de choques) preferencialmente com capacidade de exportação via USB, cabo, ou cartão SD. Deve acompanhar maleta ou estojo de transporte resistente. Estrutura com grau de proteção IP54 ou superior (resistência à poeira e respingos d'água); Produto com registro na ANVISA.	CMOS DRAKE / ALEVI	Unidade	1	R\$ 5.148,00
11	MESA AUXILAR COM RODÍZIO. Estrutura em aço inox. Tampo e prateleira em chapa de aço inox, sem arestas cortantes. 04 Rodízio com travas. Medidas aproximadas (L X C X A): 60 X 40 X 80 cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação - MESA AUXILAR COM RODÍZIO. Estrutura em aço inox. Tampo e prateleira em chapa de aço inox, sem arestas cortantes. 04 Rodízio com travas. Medidas aproximadas (L X C X A): 60 X 40 X 80 cm. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto com registro na ANVISA.	LIFENOX/AUXILIAR	Unidade	4	R\$ 498,00
14	BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA. Características Mínimas Requeridas: Modos de operação: Modo de corte puro (cut); Modo de corte misto (blend); Modo de coagulação superficial (coagulação por contato); Modo de coagulação spray (coagulação à distância). Deve possuir também modo bipolar com controle de intensidade. Potência e frequência: Potência de saída ajustável digitalmente, com indicação em display. Frequência de operação mínima de 480 kHz (alta frequência). Deve operar com potência suficiente para procedimentos em diversas especialidades (mínimo 120 W em corte). Segurança: Sistema de alarme para detecção de falhas na conexão da placa neutra. Monitoramento automático do circuito paciente. Saídas isoladas para segurança do paciente e do operador. Conformidade com as normas da ABNT NBR IEC 60601-1 e 60601-2-2 (Segurança de equipamentos eletromédicos). Classe de proteção CF (Contatos com o paciente). Interface e comandos: Interface com display digital. Ajuste eletrônico de potência com trava de segurança em caso de falha do sistema. Permitir acionamento por pedal (simples ou duplo) e por caneta com botão. Possuir memória não volátil para armazenamento das configurações utilizadas. Características físicas: Gabinete compacto, com peso máximo de 4,0 kg; Alimentação elétrica bivolt automático (127/220V – 50/60 Hz). Sistema de ventilação por convecção natural ou forçada, sem necessidade de ventoinha ruidosa. Acessórios obrigatórios: 01 caneta de bisturi reutilizável ou descartável compatível; 01 pedal de acionamento; 01 placa neutra reutilizável ou descartável com cabo; 01 cabo de força; Manual de operação em português. Documentação exigida: Registro válido na ANVISA; Certificação de conformidade com normas técnicas aplicáveis; Assistência técnica autorizada no Brasil. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	EMAI/BP	Unidade	1	R\$ 6.930,00



Av. Presidente Vargas, 315,
Centro, Coqueiros do Sul/RS
CEP: 99528-000

Doe Sangue, Doe Órgãos, Salve uma Vida!



gabinete@coqueirosdosul.rs.gov.br



(54) 3329-7700/7701



www.coqueirosdosul.rs.gov.br

CNPJ: 94.703.980/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL/RS

Administração 2025-2028



15	CARRINHO PARA CURATIVO COM ARMAÇÃO TUBULAR COM TAMPO, prateleira e gradeamento protetor avarandado totalmente em aço inox, pés com rodízios de mínimo 03", sendo 2 rodízios com freios e 2 sem freios. Dimensões mínimas: 0,80m comp. X 0,45m larg. X 0,80m altura. Produto com registro na ANVISA.	LIFENOX/CURATIVO	Unidade	1	R\$ 930,00
----	---	------------------	---------	---	------------

Não havendo a interposição de recursos, determina ao setor competente para que promova as formalizações legais para as aquisições dos objetos licitados.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, em 18 de junho de 2026.


Rafael Kochenborger
Prefeito Municipal



Av. Presidente Vargas, 315,
Centro, Coqueiros do Sul/RS
CEP: 99528-000



gabinete@coqueirosdosul.rs.gov.br
www.coqueirosdosul.rs.gov.br

Doe Sangue, Doe Órgãos, Salve uma Vida!

(54) 3329-7700/7701
CNPJ: 94.703.980/0001-32